

Комитет здравоохранения Волгоградской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Михайловская центральная районная больница»

403343, Волгоградская обл.,
г.Михайловка, ул. Некрасова, 1б
Телефон (факс) -8(844-63) 2-79-44
Email: crb_mihaylovka@volganet.ru

ИНН 3437008180
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Волгоградской области
(ГБУЗ «МЦРБ» л/с 20296Ц22270)
Р/с №40601810700001000002
Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Центрального банка РФ
БИК 041806001

Исх. 1902
От 12.08.2022

Решение

О внесении изменений в АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Михайловская центральная районная больница» принято решение о внесении изменений в АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку системы лазерной твердотельной с диодной накачкой для хирургии №.32211613896


1.Техническое задание изложить в следующей редакции:

№ п/ п	Наименование товара	Технические и качественные характеристики товара			Ед. изм.	Кол-во	Наименование страны происхождения товара (для заполнения участником аукциона в электронной форме)
1	Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии	Характеристики по КТРУ: сведения отсутствуют Дополнительные характеристики:			шт	1	
		Наименование характеристики	Значение характеристики (показатель)	Ед. изм.			
		Оборудование предназначено для использования в общей, кожно-пластической, лапаро- и вапоризации, коагуляции биологических тканей, а также	Соответствие				

		лазерной термотерапии					
		Тип и вид лазера	Волоконный с диодной накачкой				
		Длина волны	Не менее 1940	нм			
		Регулировка выходной мощности в диапазоне	от 1 до 10	Вт			
		Регулировка мощности с шагом	не более 1	Вт			
		Режимы работы: непрерывный, импульсно- периодический	Наличие	-			
		<u>Лазер- целелеуказатель</u> Длина волны Мощность	0,55 не менее 1	мкм мВт			
		Индикатор наличия рабочего излучения: оптический и звуковой	наличие	-			
		Индикация отклонения мощности рабочего излучения: оптическая и звуковая	наличие	-			
		Предустановле нные режимы эндовенозной лазерной коагуляции	наличие	-			
		Сенсорный дисплей типа «тач-скрин»	наличие	мм			
		Возможность хранения предустановле нных программ	не менее 10	шт.			
		Педаль включения с защитным кожухом (рамкой)	наличие				
		Требования к электропитани ю, однофазной сети переменного	220 50	В Гц			

	тока				
	Потребляемая мощность	не более 400	ВА		
	Система охлаждения	воздушная			
	Корпус изделия	IPX2			
	Вес:	не более 10	кг		
	Инструмент волоконный нестерильный многоцветный	наличие			
	Диаметр сердцевины инструмента волоконного, в диапазоне	не уже от 365 до 550	мкм		
	Длина волоконного инструмента	не менее 3,1	м		
	Тип оптического разъема SMA-905	наличие	-		
	Комплектация: - аппарат лазерный хирургический – 1 шт - шнур питания -1 шт - педаль включения излучения – 1шт - волоконный инструмент многоцветный – не менее 2 шт - держатель инструмента волоконного – 1шт - игла прямая – 1шт - игла изогнутая – 1шт - очки защитные – не менее 2 шт - скальватор волокна – 1шт - заглушка внешней блокировки - не менее 1шт - стриппер волоконного инструмента – 1шт - вставка плавкая - не менее 2шт				

Главный врач ГБУЗ «МЦРБ»



А.В. Калмыков